



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۰۳	۱۰۷.۷۴	۱.۷۲	-۰.۷۳	۴.۴%	جزئیات
۲	Urea	۴۳	۴۴.۷۳	۶.۶۳	-۰.۶۸	۳.۸۶%	جزئیات
۳	Uric Acid	۵.۷	۵.۸۹	۳.۷۲	-۰.۴۱	۳.۱۸%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۴۹	۱.۵۷	۵.۵۸	-۰.۵۸	۵.۱۶%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۵۰	۱.۴۶	۴.۵۲	۰.۲۰	۳.۰۲%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۱	۱.۱۳	۴.۵۲	-۰.۱۴	۲.۶۵%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۶۲	۱۶۳.۶۹	۴.۵۱	-۰.۱۷	۱.۰۴%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۹	۱۰۰.۰۷	۳.۴	-۰.۱۴	۱.۰۷%	جزئیات
۹	HDL	۵۶	۵۳.۰۲	۴.۷۲	۰.۴۷	۵.۶۲%	جزئیات
۱۰	LDL	۷۸	۷۹.۵۵	۳.۶۹	-۰.۱۳	۱.۹۴%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۴	۴.۳۸	۳.۳۳	۰.۰۶	۰.۳۹%	جزئیات
۱۲	Protein	۵.۹	۵.۸۴	۲.۲۶	۰.۲۲	۱.۱%	جزئیات
۱۳	ALP	۱۶۳	۱۷۶.۵۸	۶.۶۷	-۰.۵۰	۷.۶۹%	جزئیات
۱۴	AST	۳۳	۳۲.۹۴	۷.۰۹	۰.۰۲	۰.۱۸%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۲	۳۲.۳۳	۶.۳۹	-۰.۱۰	۱.۰۲%	جزئیات
۱۶	CPK	۱۷۸	۱۷۹.۵۳	۴.۴۱	-۰.۰۶	۰.۸۵%	جزئیات
۱۷	LDH	۲۰۰	۲۱۷.۲۷	۴.۱۲	-۰.۹۹	۷.۹۵%	جزئیات
۱۸	Amylase	۸۵	۸۷.۴۲	۲.۹	-۰.۲۴	۲.۷۶%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۴	۳۶.۴۲	۹.۷۶	-۰.۳۷	۶.۶۵%	جزئیات
۲۰	GGT	۵۱	۴۹.۷۳	۷.۰۲	۰.۲۳	۲.۵۶%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۶	۸.۶۲	۱.۵۴	-۰.۰۴	۰.۲۲%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۴.۶	۴.۴۷	۳.۳۶	۰.۳۷	۲.۸۶%	جزئیات
۲۳	Iron	۱۲۵	۱۰۹.۸۵	۴.۹۹	۱.۱۵	۱۳.۷۹%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۲۳	۲۵۱.۸۸	۹.۳۳	-۰.۷۶	۱۱.۴۶%	جزئیات
۲۵	Transferin	۱۸۵	۱۹۵.۷۸	۴.۲۲	-۰.۳۷	۵.۵%	جزئیات
۲۶	Sodium	۱۴۲	۱۳۸.۷۳	۲.۱۷	۱.۱۸	۲.۳۶%	جزئیات
۲۷	Potassium	۴.۰	۳.۸۹	۳.۶۶	۰.۸۰	۲.۸%	جزئیات
۲۸	Lithium	۰.۹۸	۰.۹۶	۳.۳۲	۰.۲۰	۲.۱۹%	جزئیات
۲۹	T۴	۸.۳	۷.۳۶	۷.۶	۱.۰۶	۱۲.۷۳%	جزئیات
۳۰	TSH	۱.۳	۱.۵۸	۵.۹۴	-۱.۴۸	۱۷.۷۷%	جزئیات
۳۱	Total PSA	۱۲.۰	۱۰.۸۵	۹.۵۵	۱.۰۶	۱۰.۶۴%	جزئیات
۳۲	Ferritin	۲۳.۰	۲۲.۱۶	۷.۳۹	۰.۲۵	۳.۸۱%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c	۵.۱	۵.۰۹	۳.۲۹	۰.۰۳	۰.۲۲%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکرهای قلبی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۴۴۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Troponin T	۰.۰۱۲	۰.۰۱	۳۸.۵۵	-۱.۵۰	۲۰%	جزئیات
۲	Troponin I	۰.۱۰۷	۰.۱۱	۱۴.۳۲	-۰.۵۵	۵.۳۱%	جزئیات
۳	CK MB Activity	۸.۰	۹.۶۹	۱۷.۳۷	-۱.۷۵	۱۷.۴۷%	جزئیات
۴	CK	۸۴	۸۳.۷۲	۳.۹۳	۰.۰۲	۰.۳۴%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۸.۶	۸.۲۳	۱۳.۱۸	۰.۳۰	۴.۵۳%	جزئیات
۲	Free β hCG	۶۲.۹	۵۶.۸۰	۱۴.۵۴	۰.۷۲	۱۰.۷۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول