



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۷.۱۱	۷.۰۸	۱۰.۸	۰.۰۶	۰.۴۵%	جزئیات
۲	RBC	۴.۵۵	۴.۴۷	۱.۴۸	۰.۶۲	۱.۸۶%	جزئیات
۳	Hb	۱۳۵	۱۳۳.۷۰	۱.۳۴	۰.۳۳	۰.۹۸%	جزئیات
۴	Hct	۳۷	۳۷.۱۷	۲.۹۹	-۰.۱۱	۰.۴۶%	جزئیات
۵	MCV	۸۱.۳	۸۳.۴۷	۲.۱۳	-۰.۶۵	۲.۶%	جزئیات
۶	MCH	۲۹	۲۹.۷۵	۱.۷۳	-۰.۸۵	۲.۵۴%	جزئیات
۷	MCHC	۳۶۵	۳۵۷.۱۳	۲.۵۷	۰.۵۵	۲.۲%	جزئیات
۸	Plts	۲۶۹	۲۵۱.۶۶	۶.۲۹	۰.۶۹	۶.۸۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لتوفیلیزه

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۳۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۴۶	۱.۴۳	۶.۵۷	۰.۲۷	۲.۳۸%	جزئیات
۲	PTT	۴۳	۴۵.۵۷	۲۱.۲۱	-۰.۶۳	۵.۶۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول