



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت HBV

دوره: سوم سال ۱۴۰۲

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



شماره نمونه	تفسیر آزمایشگاه	تفسیر مورد انتظار
۱۴۰۲۴۳۸۱	Positive	Positive
۱۴۰۲۴۳۸۲	Positive	Positive
۱۴۰۲۴۳۸۳	Negative	Negative
۱۴۰۲۴۳۸۴	Negative	Negative
۱۴۰۲۴۳۸۵	Positive	Positive



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TB

دوره: سوم سال ۱۴۰۲

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



شماره نمونه	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه مورد انتظار	میزان عفونت (آزمایشگاه)	میزان عفونت (مورد انتظار)
۱۴۰۲۴۳۹۰	Negative	Negative	—	—
۱۴۰۲۴۳۹۱	Positive	Positive	Low	Very Low
۱۴۰۲۴۳۹۲	Positive	Positive	Very Low	Very Low
۱۴۰۲۴۳۹۳	Positive	Positive	Very Low	Very Low
۱۴۰۲۴۳۹۴	Negative	Negative	—	—



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Negative	Roche	ECL	۰.۳۸۸	Negative	HBs Ag
Negative	Roche	ECL	۰.۱۰۴	Negative	HCV Ab
Negative	Roche	ECL	۰.۴۸۴	Negative	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۱۹	۱۱۱۸	۹۵	۱۵۳	۱۸۱	Negative	HBs Ag
۲	۳۸		۱	۱	Positive	
	۴				Suspicious	
۱۹	۱۲۰۹	۷۱	۱۴۶	۱۰۷	Negative	HCV Ab
	۲		۱۲	۱	Positive	
	۱		۳		Suspicious	
۱۸	۱۱۵۳	۱۲۸	۱۴۶	۱۱۱	Negative	HIV Ab
۲	۲۳	۳	۹	۱	Positive	
	۳		۳		Suspicious	