



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B11۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۰۷	۱۰۶.۶۶	۲.۲۵	۰.۰۵	۰.۳۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	Urea	۴۲.۶	۴۲.۸۷	۵.۳۱	-۰.۱۱	۰.۶۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Uric Acid	۵.۹	۵.۹۳	۲.۳۲	-۰.۰۷	۰.۵۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Creatinine	۱.۵۲	۱.۵۷	۴.۵۹	-۰.۳۵	۳.۱۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	Total Bilirubin	۱.۷	۱.۴۷	۵.۷۶	۱.۰۶	۱۵.۸۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	Direct Bilirubin	۱.۱	۱.۱۳	۸.۷۴	-۰.۱۴	۲.۷۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	Cholestrol	۱۵۹	۱۶۲.۴۳	۲.۹۹	-۰.۳۵	۲.۱۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Triglyceride	۹۶	۱۰۱.۷۰	۶.۴۵	-۰.۷۴	۵.۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۹	HDL	۵۴	۵۱.۳۲	۴.۴۷	۰.۴۴	۵.۲۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۰	LDL	۷۴	۷۸.۰۸	۴.۸۸	-۰.۳۵	۵.۲۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۱	Albumin	۴.۱	۴.۲۶	۲.۲۸	-۰.۶۴	۳.۸۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۲	Protein	۶.۰	۵.۸۳	۳.۶۷	۰.۵۷	۲.۸۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۳	ALP	۱۷۰	۱۷۲.۹۱	۷.۰۴	-۰.۱۱	۱.۶۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۴	AST	۳۲	۳۳.۱۳	۵.۰۴	-۰.۳۴	۳.۴۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۵	ALT	۳۶	۳۲.۰۲	۵.۰۶	۱.۲۴	۱۲.۴۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۶	CPK	۱۹۶	۱۷۵.۵۰	۴.۷۹	۰.۷۸	۱۱.۶۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۷	LDH	۲۰۱	۲۱۲.۹۷	۳.۸۷	-۰.۷۰	۵.۶۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۸	Amylase	۸۶	۸۷.۷۰	۳.۳۲	-۰.۱۷	۱.۹۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۹	Lipase	۳۵	۳۶.۰۸	۵.۷۷	-۰.۱۷	۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۰	GGT	۴۶	۴۹.۶۱	۷.۵۱	-۰.۶۶	۷.۲۸%	<a href="#">جزئیات</a>

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۶	۸.۵۹	۲.۶۲	۰.۰۲	۰.۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۲	Phosphorus	۴.۱	۴.۴۲	۴.۴۲	-۰.۹۳	۷.۲۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۳	Iron	۱۰۴	۱۰۵.۴۱	۳.۷۴	-۰.۱۱	۱.۳۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۴	TIBC	۲۸۵	۲۷۱.۰۰	۹.۶۱	۰.۳۴	۵.۱۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۵	Transferin	۱۹۹	۲۰۴.۳۸	۱۷.۹۲	-۰.۱۸	۲.۶۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۶	Sodium	۱۳۹	۱۳۸.۳۷	۱.۶۵	۰.۲۳	۰.۴۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۷	Potassium	۳.۹۲	۳.۹۰	۳.۴۸	۰.۱۲	۰.۴۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۸	Lithium	۰.۹۷	۰.۹۴	۸.۷۸	۰.۲۷	۲.۹۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۹	Tf	۷.۲۸	۷.۳۸	۷.۳۲	-۰.۱۱	۱.۳۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۰	TSH	۱.۵۱	۱.۵۹	۸.۱۴	-۰.۴۱	۴.۹۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۱	Total PSA	۹.۸۱	۹.۰۷	۸.۱۱	۰.۸۱	۸.۱۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۲	Ferritin	۳۴	۳۲.۵۱	۱۱.۴۶	۰.۳۱	۴.۵۹%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۱۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۴۴۲	۴۱۱.۰۶	۶.۹۲	۰.۷۵	۷.۵۳%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول