



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳S۱۲۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Roche	ECL	۲۵.۵۴	Positive	HBs Ag
Negative	Roche	ECL	۰.۰۴۷	Negative	HCV Ab
Positive	Roche	ECL	۹۹.۴	Positive	HIV Ab

## توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۱	۳۸	۴	۲	۳	Negative	
۹	۱۱۷۱	۶۱	۱۶۱	۱۵۹	Positive	HBs Ag
۱	۴	۱			Suspicious	
۷	۱۲۴۷	۵۰	۱۵۶	۹۵	Negative	HCV Ab
۳	۸		۲	۲	Positive	
	۹	۱	۲		Negative	HIV Ab
۱۴	۱۲۱۸	۹۳	۱۵۰	۱۱۰	Positive	



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳S۱۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Negative	Roche	ECL		Negative	HBs Ag
Negative	Roche	ECL		Negative	HCV Ab
Positive	Roche	ECL		Positive	HIV Ab

## توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۱۰	۱۱۷۱	۶۰	۱۶۴	۱۵۸	Negative	HBs Ag
	۴۶	۴	۲	۳	Positive	
	۳				Suspicious	
۹	۱۲۵۷	۵۵	۱۵۵	۹۸	Negative	HCV Ab
۱	۴		۲	۲	Positive	
	۱				Suspicious	
	۶	۱		۱	Negative	HIV Ab
۱۵	۱۲۲۱	۹۹	۱۵۳	۱۱۰	Positive	
	۱				Suspicious	