



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۲۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c	۵.۱	۵.۲۷	۲.۹۲	-۰.۴۱	۳.۳%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۷۷	۷۷.۹۳	۳.۰۳	-۰.۲۰	۱.۲%	جزئیات
۲	Urea	۲۶.۶	۲۸.۶۰	۳.۹۲	-۱.۲۲	۶.۹۸%	جزئیات
۳	Uric Acid	۵.۰	۴.۹۹	۴.۷	۰.۰۴	۰.۲۸%	جزئیات
۴	Creatinine	۰.۸۹	۰.۹۳	۳.۴	-۰.۴۸	۴.۳%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۰.۸۵	۰.۸۹	۶.۶۱	-۰.۲۶	۳.۹۵%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۲۷	۰.۲۸	۱۰.۱۲	-۰.۱۱	۲.۱۷%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۵۷	۱۵۴.۹۱	۳.۷۵	۰.۲۲	۱.۳۵%	جزئیات
۸	Triglyceride	۱۰۵	۱۰۲.۲۱	۵.۸۹	۰.۳۶	۲.۷۳%	جزئیات
۹	HDL	۴۵	۴۵.۲۱	۶.۹۹	-۰.۰۴	۰.۴۷%	جزئیات
۱۰	LDL	۸۵	۸۵.۱۲	۸.۵۴	-۰.۰۱	۰.۱۴%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۲	۴.۰۴	۴.۰۳	۰.۶۸	۴.۰۹%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۳	۶.۱۲	۲.۶۴	۰.۶۰	۲.۹۹%	جزئیات
۱۳	ALP	۸۸	۹۳.۱۹	۹.۸۷	-۰.۳۶	۵.۵۷%	جزئیات
۱۴	AST	۳۵	۳۶.۴۶	۵.۳۹	-۰.۴۰	۴%	جزئیات
۱۵	ALT	۴۱	۴۳.۰۲	۴.۰۴	-۰.۴۷	۴.۶۸%	جزئیات
۱۶	CPK	۸۸	۸۶.۷۱	۷.۵۵	۰.۱۰	۱.۴۸%	جزئیات
۱۷	LDH	۱۴۵	۱۴۶.۲۹	۳.۴۹	-۰.۱۱	۰.۸۸%	جزئیات
۱۸	Amylase	۹۵	۹۴.۹۷	۴.۲۹	۰.۰۰	۰.۰۳%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۸	۴۴.۴۷	۶.۶۸	-۰.۸۱	۱۴.۵۵%	جزئیات
۲۰	GGT	۳۵	۳۵.۷۲	۶.۸۹	-۰.۱۸	۲.۰۲%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۵	۸.۶۸	۱.۹۸	-۰.۴۱	۲.۰۷%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۳.۱۴	۳.۱۴	۴.۴	-۰.۰۰	۰.۰۳%	جزئیات
۲۳	Iron	۱۰۰	۱۰۰.۴۱	۴.۶۱	-۰.۰۳	۰.۴۱%	جزئیات
۲۴	TIBC	۳۴۶	۳۲۴.۸۳	۱۱.۲۹	۰.۴۳	۶.۵۲%	جزئیات
۲۵	Transferin	۲۴۰	۲۵۴.۷۴	۱۵.۷۶	-۰.۳۹	۵.۷۹%	جزئیات
۲۶	Sodium	۱۴۰	۱۳۹.۸۷	۱.۹۴	۰.۰۵	۰.۰۹%	جزئیات
۲۷	Potassium	۳.۹۶	۳.۸۸	۳.۷۷	۰.۵۵	۱.۹۳%	جزئیات
۲۸	Lithium	۰.۹۱	۰.۸۴	۱۱.۰۳	۰.۷۱	۷.۸۲%	جزئیات
۲۹	T۴	۶.۲	۶.۲۰	۷.۳۵	۰.۰۱	۰.۰۸%	جزئیات
۳۰	TSH	۱.۹	۲.۰۴	۶.۳۱	-۰.۵۶	۶.۶۸%	جزئیات
۳۱	Total PSA	۰.۴۸	۰.۴۳	۹.۵۷	۱.۲۳	۱۲.۴۱%	جزئیات
۳۲	Ferritin	۳۵	۳۸.۴۴	۱۸.۴۱	-۰.۶۰	۸.۹۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۴۴۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکرهای قلبی

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Troponin T	۰.۲۷۲	۰.۳۳	۳۳.۶۳	-۱.۶۲	۱۸.۰۷%	جزئیات
۲	Troponin I	۰.۸۶	۰.۹۵	۱۳.۴۷	-۰.۹۱	۹.۰۹%	جزئیات
۳	CK MB Activity	۲۳	۲۵.۰۲	۱۴.۱۳	-۰.۸۱	۸.۰۶%	جزئیات
۴	CK	۲۲۰	۲۳۲.۶۵	۷.۴۸	-۰.۳۶	۵.۴۴%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۴۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP	۱۰۲	۱۱۱.۹۴	۱۰.۴۱	-۰.۵۹	۸.۸۸%	جزئیات
۲	β hCG	۳۲.۸۱۲	۳۲.۴۰	۱۷.۶۴	۰.۱۳	۱.۲۷%	جزئیات
۳	Unconjugated Estriol(uE۳)	۳.۳	۳.۶۴	۱۰.۴۲	-۰.۶۲	۹.۲۹%	جزئیات
۴	Inhibin A	۵۱۹	۴۹۶.۱۵	۱۴.۷۸	۰.۳۱	۴.۶۱%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۴۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۱۳.۷	۱۵.۴۷	۱۵.۴۶	-۰.۷۶	۱۱.۴۶%	جزئیات
۲	Free βhCG	۱۵۸	۱۸۰.۲۸	۱۱.۵۸	-۰.۸۲	۱۲.۳۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پروتئین ادرار

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۲۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Urine Protein	۱۹۵	۱۴۹.۳۳	۸.۸۷	۳.۰۶	۳۰.۵۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول