



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳۵۲۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Diasorin	CL		Positive	HBs Ag
Negative	Roche	ECL		Negative	HCV Ab
Positive	Roche	ECL		Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۳	۱	۲	۳۲	۲
	Positive	۱۶۵	۱۲۶	۵۵	۱۲۶۷	۹
HCV Ab	Suspicious				۴	
	Negative	۱۰۹	۱۲۱	۴۰	۱۳۲۳	۷
HIV Ab	Positive	۱	۲		۱۳	
	Negative		۶	۳	۳۷	۱
HIV Ab	Positive	۱۱۱	۱۳۲	۵۸	۱۲۸۹	۷
	Suspicious				۴	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳S۲۲۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative		CL	Diasorin	Negative
HCV Ab	Negative		ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Negative		ECL	Roche	Negative

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱۶۴	۱۲۳	۵۸	۱۲۷۰	۱۲
	Positive	۱	۱		۲۸	
	Suspicious				۳	
HCV Ab	Negative	۱۱۸	۱۱۱	۴۲	۱۳۲۲	۸
	Positive		۲		۶	
HIV Ab	Negative	۱۱۱	۱۳۲	۶۰	۱۲۹۱	۸
	Positive		۲		۲۳	۱
	Suspicious				۴	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TORCH



دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳SF۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴

ردیف	آزمایش	نتیجه	واحد	نتیجه نهایی	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
۱	Toxoplasma IgG	۹.۴	IU/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
۲	Rubella (IgG)	۲۲.۸	ISR	Positive	Vircell	ELISA	Positive
۳	CMV (IgG)	۷۰.۱	U/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
۴	HSV (IgG)	۱۶.۶	ISR	Positive	Diasorin	CL	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Toxoplasma IgG	Positive	۴۶	۲۳	۵	۹۲	۱
	Negative	۶	۱	۱	۳	
	Suspicious	۸		۳	۳	۱
Rubella (IgG)	Positive	۵۶	۱۲	۴	۱۲۴	۲
	Negative				۱	
CMV (IgG)	Positive	۶۸	۲۰	۴	۸۵	۳
	Negative				۴	
HSV (IgG)	Positive	۲۱		۴	۸۴	۵
	Negative	۱				
	Suspicious				۱	



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳۵۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۲۴



ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)			Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۶۴۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰
۳	کومبس رایت	۱/۱۲۸۰	بهار افشان	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۴	۲ME	۱/۶۴۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰

