



برگه ارزیابی خارجی کیفیت Torch



11016-945

تاریخ : 1399/3/3

نام آزمایشگاه : پاتوبیولوژی نور

دوره : Torch98-3

شماره نمونه : 2.740 983530

دانشگاه : علوم پزشکی ایران

استان : تهران

آزمایش	نتیجه آزمایش	واحد	نتیجه نهایی آزمایش	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
Toxoplasma IgG	7.6	IU/mL	Positive	Architect	CL	Positive
Rubella IgG	41.6	IU/mL	Positive	Diasorin	CL	Positive
CMV IgG	89.6	AU/mL	Positive	Architect	CL	Positive
HSV IgG	26.3	ratio	Positive	Diasorin	CL	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Toxoplasma IgG	Positive	42	16	36	54	3
	Negative	2	0	0	1	0
	Suspicious	1	0	0	0	0
Rubella IgG	Positive	45	17	33	59	3
	Negative	1	0	1	0	0
CMV IgG	Positive	46	15	31	54	1
	Suspicious	2	0	0	0	0
HSV IgG	Positive	21	0	2	43	1
	Negative	3	0	0	0	0