



برگه ارزیابی خارجی کیفیت Torch



ISO 9001:2008
Cert No. FS 565441

پیشگاه ایرانیان
موسسه تخصصی خدمات آزمایشگاهی و پزشکی



تاریخ : 1400/1/22 11016-945

نام آزمایشگاه : پاتوبیولوژی نور

دوره : Torch99-3

شماره نمونه : 2.740 993530

دانشگاه : علوم پزشکی ایران

استان : تهران

آزمایش	نتیجه آزمایش	واحد	نتیجه نهایی آزمایش	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
Toxoplasma IgG	6.9	IU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
Rubella IgG	33.4	IU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
CMV IgG	115	AU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
HSV IgG	37.2	AU/mL	Positive	Pishtaz teb	ELISA	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Toxoplasma IgG	Positive	53	13	27	67	4
	Suspicious	0	0	0	3	0
	Negative	2	0	0	0	0
Rubella IgG	Positive	55	11	17	80	1
	Negative	1	0	0	0	0
CMV IgG	Positive	57	14	28	65	0
	Suspicious	0	0	0	1	0
	Negative	1	0	0	0	0
HSV IgG	Positive	22	2	1	49	2
	Negative	2	0	0	4	0
	Suspicious	1	0	0	0	0