



دوره : عمومی 3-99

نام آزمایشگاه : پاتوبیولوژی نور

تاریخ : 1400/1/18 11016-945

استان : تهران

دانشگاه : علوم پزشکی ایران

شماره نمونه : 2.740 993320



آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive	-	CL	Diasorin	Positive
HCV Ab	Negative	-	ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Positive	-	ECL	Roche	Positive

جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	0	1	0	Suspicious
	83	116	214	941	10	Positive
	1	0	0	28	0	Negative
HCV Ab	0	3	1	32	0	Positive
	81	106	218	927	13	Negative
	0	0	0	2	0	N.A
	0	0	0	7	0	Suspicious
HBs Ag	1	0	0	3	0	Suspicious
	132	119	210	943	16	Positive
	2	0	2	18	2	Negative



# برگه ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



11016-945

تاریخ: 1400/1/18

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور

دوره: عمومی 3-99

شماره نمونه: 2.740 993321

دانشگاه: علوم پزشکی ایران

استان: تهران

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive	-	CL	Diasorin	Positive
HCV Ab	Positive	-	ECL	Roche	Positive
HIV Ab	Positive	-	ECL	Roche	Positive

## جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	0	0	0	1	0	Suspicious
	81	114	203	950	9	Positive
	1	0	0	21	0	Negative
HCV Ab	1	0	0	5	0	Suspicious
	78	106	208	905	10	Positive
	1	1	3	52	1	Negative
HBs Ag	0	1	0	1	0	Suspicious
	2	0	1	27	2	Negative
	133	119	203	918	13	Positive