



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی نور ۲۰۷۴



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	Dev%
۱	WBC	۴.۳۱	۴.۳۹	۴.۶	۰.۰۵	۱.۸۲
۲	RBC	۲.۹۸	۳.۱۱	۲.۱	۱.۳۹	۴.۱
۳	Hb	۱۰۰	۹۸.۲	۲	۰.۶۱	۱.۸۳
۴	Hct	۳۰	۳۰.۳۷	۳.۴	۰.۳	۱.۲۱
۵	Mcv	۱۰۰	۹۷.۹۳	۲.۸	۰.۷۰	۲.۱
۶	MCH	۳۳	۳۱.۴۲	۳.۶	۱.۶۷	۵
۷	MCHC	۳۳۶	۳۲۱.۸۲	۲.۵	۱.۳۱	۴.۴
۸	Plt	۳۹۱	۳۴۶.۴۰	۸.۷	۱.۴۳	۱۲.۲

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول