

عنوان کنترل :
کنترل II
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

سری ساخت : L2A3۲۷

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۱	۱,۶۶۷	۵,۹۹۹	۷,۶۶۶	۹,۳۳۳	۱۱	۱۲,۶۶۷	۱۴,۳۳۴	۱۶,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۹,۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۹,۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۹,۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۹,۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۹,۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۸,۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۷,۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۹,۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۹,۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۹,۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۳

CV%: 16.234	SD: 1.693	Mean: 10.428
-------------	-----------	--------------

