

عنوان کنترل : high - anshlabs

عنوان آزمایش : Anti Mullerian hormone

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

سری ساخت : ۰۲۲۴۲۰

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۹۰۷	۰.۴۰۲	۲.۸۵۴	۲.۲۵۶	۲.۶۵۸	۴.۰۶	۴.۴۶۳	۴.۸۶۴	۵.۲۶۶

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۳.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴.۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۴.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۴.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۴.۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸

CV%: 6.6	SD: 0.271	Mean: 4.111
----------	-----------	-------------

