

level II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

سری ساخت: ۵۰۱۵۲۳۳

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش :
Indra : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۳۷۴	۰,۷۵	۶,۷۱	۷,۴۶	۸,۲۱	۸,۹۶	۹,۷۱	۱۰,۴۶	۱۱,۲۱

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۸,۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۸,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۹,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۹,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۸,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۷,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 6.598	SD: 0.581	Mean: 8.8
------------	-----------	-----------

