

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۱:

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :
الیزاید (Aldosterone upright)
سری ساخت : ۸۵۴۵۵

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۴.۷ | ۱۰۵.۹۸۹ | ۱۱۲۷.۲۸ | ۱۲۳۲.۳۷ | ۱۳۳۹.۳۶ | ۱۴۴۵.۳۵ | ۱۵۵۱.۳۳ | ۱۶۵۷.۳۳ | ۱۷۶۳.۳۱ |
| | | ۴ | ۳ | ۱ | | ۹ | ۷ | ۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |

| | | |
|------------|------------|----------------|
| CV%: 3.587 | SD: 52.449 | Mean: 1462.143 |
|------------|------------|----------------|

