

عنوان آزمایش : Aldosterone (upright)  
 عنوان دستگاه : الایزایدر

A سری ساخت : ۵۴۵۵

عنوان کنترل : B کنترل  
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
1619.49	1567.041	1514.592	1462.143	1409.694	1357.245	1304.796	52.449	3.587

تاریخ	مقدار
25/03/1400	1419
27/03/1400	1469

تاریخ	مقدار
13/03/1400	1422
18/03/1400	1501
20/03/1400	1540
23/03/1400	1498

تاریخ	مقدار
04/03/1400	1455
04/03/1400	1502
06/03/1400	1485
09/03/1400	1469

Mean: 1476	SD: 37.514	CV%: 2.542
------------	------------	------------

