

عنوان آزمایش : (Aldosterone upright)  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر  
سری ساخت : A5502  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۴/۱۵:

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۶۵۸	۸۵.۲۰۶	۱۲۵۰.۳۸	۱۳۳۵.۵۸	۱۴۲۰.۷۹	۱۵۰۶	۱۵۹۱.۲۰	۱۶۷۶.۴۱	۱۷۶۱.۶۱
		۲	۸	۴		۶	۲	۸

مقدار	تاریخ
۱۵۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵

CV%: 1.413	SD: 21.385	Mean: 1513.667
------------	------------	----------------

