

عنوان کنترل : کنترل B
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۴/۱۵:

عنوان آزمایش : (Aldosterone upright)
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : A۵۵۰۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۵۵	۸۲.۲۸۲	۱۲۵۲.۲۵	۱۳۳۵.۶۳	۱۴۱۹.۰۱	۱۵۰۲.۴	۱۵۸۵.۷۸	۱۶۶۹.۱۶	۱۷۵۲.۵۴
		۴	۶	۸		۲	۴	۶

مقدار	تاریخ
۱۴۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۵۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۴۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۵۴۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۴۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۳۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۷۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۶

CV%: 7.242	SD: 108.815	Mean: 1502.5
------------	-------------	--------------

