

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
سری ساخت : A5502
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۴/۱۵:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۰۱۹	۹۰.۸۲۱	۱۲۳۶.۴۰	۱۳۳۷.۲۲	۱۴۱۸.۰۴	۱۵۰۸.۸۶	۱۵۹۹.۶۸	۱۶۹۰.۵۰	۱۷۸۱.۳۳
		۴	۵	۶	۷	۸	۹	

مقدار	تاریخ
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳

CV%: 3.041	SD: 45.369	Mean: 1491.667
------------	------------	----------------

