

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۰/۲۶:

سری ساخت : ۵۷۶۶

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۹	۱.۷۳۳	۸.۱۰۱	۹.۸۳۴	۱۱.۵۶۷	۱۳.۳	۱۵.۰۳۳	۱۶.۷۶۶	۱۸.۴۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۵	۱۴۰۱/۱۳/۱۱
۱۵	۱۴۰۱/۱۳/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۵.۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۳.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۶.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۱.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۰.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۳.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۳.۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴

CV%: 14.77	SD: 1.964	Mean: 13.295
------------	-----------	--------------

