

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
A

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۶/۲۰:

سری ساخت : A۵۷۶۰

عنوان آزمایش : Aldosterone
(upright

الایزایدر : عنوان دستگاه

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۴.۷	۳۷.۵۱۷	۱۶۷.۵۹۹	۱۹۵.۱۱۶	۳۳۳.۶۳۳	۲۵۰.۱۵	۳۷۷.۶۶۷	۳۰۵.۱۸۴	۳۳۳.۷۰۱

مقدار	تاریخ
۲۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴
۲۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۱
۱۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱

مقدار	تاریخ
۲۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۲

CV%: 17.13	SD: 39.056	Mean: 228
------------	------------	-----------

