

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۱۰۴۶۹۳
عنوان کنترل : کنترل II
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۴,۶۵۴	۲,۹۳۶	۱۱,۲۲۵	۱۴,۱۶۱	۱۷,۰۹۷	۲۰,۰۳۳	۲۲,۹۶۹	۲۵,۹۰۵	۲۸,۸۴۱

مقدار	تاریخ
۱۷,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۷,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۱,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲۱,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 9.996	SD: 2.036	Mean: 20.367
------------	-----------	--------------

