

عنوان کنترل : کنترل B
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۲/۲۳:

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
سری ساخت : ۵۸۳۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۴.۷	۱۵۶.۸۶۷	۹۵۵.۴۹۹	۱۱۱۲.۳۶	۱۲۶۹.۲۳	۱۴۲۶.۱	۱۵۸۲.۹۶	۱۷۳۹.۸۳	۱۸۹۶.۷۰
			۶	۳		۷	۴	۱

مقدار	تاریخ
۱۵۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۱۷۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱۶۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۵۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۵۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۳۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱۴۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۴۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱۴۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۴۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۴۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۲۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱۴۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۵۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۴۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

CV%: 8.695	SD: 127.972	Mean: 1471.706
------------	-------------	----------------

