

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
سری ساخت : ۵۸۳۸
عنوان کنترل : کنترل B
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۱۲/۲۳:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۰۷۱	۱۵۲.۷۷۷	۱۰۵۸.۶۲	۱۲۱۱.۴۰	۱۳۶۴.۱۸	۱۵۱۶.۹۶	۱۶۶۹.۷۳	۱۸۲۲.۵۱	۱۹۷۵.۲۹
		۹	۶	۳		۷	۴	۱

مقدار	تاریخ
۱۵۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۴۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۴۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۴۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۴۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۵۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۳۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۵۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳

CV%: 6.29	SD: 90.634	Mean: 1440.9
-----------	------------	--------------

