

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۵۸۳۸
عنوان کنترل : کنترل B
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۱۲/۲۳:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۴۵۷	۱۲۹.۸۸۲	۱۱۴۶.۲۲	۱۲۷۶.۱۰	۱۴۰۵.۹۸	۱۵۳۵.۸۶	۱۶۶۵.۷۴	۱۷۹۵.۶۳	۱۹۲۵.۵۱
		۱	۳	۵	۷	۹	۱	۳

مقدار	تاریخ
۱۵۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۱۵۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۵۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۱۵۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۶۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۵۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳

CV%: 2.767	SD: 42.866	Mean: 1549.333
------------	------------	----------------

