

عنوان آزمایش : (Aldosterone (upright
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۱۰۴۶۹۳
عنوان کنترل : کنترل II
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۷۲	۲,۱۶۱	۱۵,۷۴۹	۱۷,۹۱	۲۰,۰۷۱	۲۲,۲۳۲	۲۴,۳۹۳	۲۶,۵۵۴	۲۸,۷۱۵

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۲۳,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۲۳,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 5.478	SD: 1.231	Mean: 22.475
------------	-----------	--------------

