

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل داخل
کیت A

شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۹/۰۲:

سری ساخت : DcE045/5303A

عنوان آزمایش : Aldosterone
(upright)
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۴.۷	۳۴.۸۳۳	۱۵۲.۰۰۱	۱۷۶.۸۳۴	۲۰۱.۶۶۷	۲۲۶.۵	۲۵۱.۳۳۳	۲۷۶.۱۶۶

مقدار	تاریخ
۲۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۲۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۲۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۲۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۲۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۲۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶

CV%: 5.724	SD: 12.869	Mean: 224.8
------------	------------	-------------

