

perci control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

سری ساخت : ۶۴۵۱۸۵

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۸	۵,۳۳۳	۶۰,۲۰۱	۶۵,۵۳۴	۷۰,۸۶۷	۷۶,۲	۸۱,۵۳۳	۸۶,۸۶۶	۹۲,۱۹۹

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

CV%: 4.97	SD: 3.872	Mean: 77.9
-----------	-----------	------------

