

عنوان آزمایش : Androstenedione
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ec2286
عنوان کنترل : Premium Plus II
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۷,۸	۰,۴۲	۳,۷۶	۴,۱۸	۴,۶	۵,۰۲	۵,۴۴	۵,۸۶	۶,۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۵,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۴,۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴,۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۶

مقدار	تاریخ
۵,۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۴,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۴,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷

CV%: 9.686	SD: 0.461	Mean: 4.755
------------	-----------	-------------

