

عنوان کنترل : کنترل مثبت

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۱۸۲۴۱

Anti Cardiolipin
(Ab(IgG

الیزاریدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۲۸۸	۷.۵۵۴	۲۸.۸۱۸	۴۶.۳۷۲	۵۳.۹۳۶	۶۱.۴۸	۶۹.۰۳۴	۷۶.۵۸۸	۸۴.۱۴۲

مقدار	تاریخ
۵۴.۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۷۱.۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۹.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۲.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۶۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۶۶.۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۶.۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۶۹.۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۶

CV%: 10.274	SD: 6.424	Mean: 62.53
-------------	-----------	-------------

