

عنوان کنترل : کنترل مثبت

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۱۸۲۴۱

Anti Cardiolipin  
(Ab(IgG

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۵۹۳	۷.۱۲۲	۴۰.۰۷۱	۴۷.۱۹۳	۵۴.۳۱۵	۶۱.۴۳۷	۶۸.۵۵۹	۷۵.۶۸۱	۸۲.۸۰۳

مقدار	تاریخ
۵۵.۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۵۱.۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۳

CV%: 4.114	SD: 2.173	Mean: 52.833
------------	-----------	--------------

