

عنوان آزمایش : Anti Cardiolipin Ab(IgG)
 عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : ۱۸۲۴۱

عنوان کنترل : کنترل مثبت
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
79.062	71.878	64.694	57.51	50.326	43.142	35.958	7.184	12.492

تاریخ	مقدار
26/12/1399	61.2

تاریخ	مقدار
17/12/1399	56
18/12/1399	68.6
19/12/1399	63.4
24/12/1399	68.3

تاریخ	مقدار
03/12/1399	66.1
05/12/1399	65.4
10/12/1399	52.1
12/12/1399	74

Mean: 63.9	SD: 6.706	CV%: 10.494
------------	-----------	-------------

