

عنوان آزمایش : Anti Cardiolipin Ab(IgM)
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 18240

عنوان کنترل : کنترل مثبت
شروع کنترل : 1399/05/25

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
81.895	74.859	67.823	60.787	53.751	46.715	39.679	7.036	11.576

تاریخ	مقدار
09/04/1400	70.3
14/04/1400	56.4

تاریخ	مقدار
02/04/1400	47.2
05/04/1400	57.7

Mean: 57.9	SD: 9.496	CV%: 16.401
------------	-----------	-------------

