

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل مثبت

Anti Cardiolipin  
(Ab(IgM

عنوان آزمایش :

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۱۸۲۴۰/

الیزابدر

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۴.۷۸۶	۷.۷۷۱	۲۹.۲۴۷	۳۷.۰۱۸	۴۴.۷۸۹	۵۲.۵۶	۶۰.۳۳۱	۶۸.۱۰۲	۷۵.۸۷۳

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۵۸.۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۶۲.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۶۰.۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۵.۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۵۹.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۵۹.۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۱.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۷۳.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۶۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۵۹.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۵۴.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 13.498	SD: 7.947	Mean: 58.871
-------------	-----------	--------------

