

عنوان آزمایش : Anti Cardiolipin Ab(IgM)
 عنوان دستگاه : الایزاریدر

سری ساخت : ۱۸۲۴۰

عنوان کنترل : کنترل مثبت
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
82.507	74.767	67.027	59.287	51.547	43.807	36.067	7.74	13.056

تاریخ	مقدار
19/12/1399	60.8
26/12/1399	52.1

تاریخ	مقدار
12/12/1399	60.1
17/12/1399	76.1
18/12/1399	66.1

تاریخ	مقدار
03/12/1399	59.1
05/12/1399	74.5
10/12/1399	54.5

Mean: 62.912	SD: 8.725	CV%: 13.869
--------------	-----------	-------------

