

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت-
مثبت

شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۲/۱۰:

سری ساخت : ۱۳۳۶۴۹

عنوان آزمایش : Anti Endomysial
(Ab(IgA
الایزایدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۳	۶.۶۶۷	۴۹.۹۹۹	۵۶.۶۶۶	۶۳.۳۳۳	۷۰	۷۶.۶۶۷	۸۲.۳۳۴	۹۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۷۲.۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۷۶.۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۵.۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۷۹.۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۷۹.۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۷۶.۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۴.۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۷۹.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۸۹.۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۷۶.۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۷۸.۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۷۶.۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۷۷.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۷۸.۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۰
۷۸.۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۷۳.۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۷۵.۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۷۵.۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۷۵.۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۷۶.۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۷۷.۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸

CV%: 5.189	SD: 3.969	Mean: 76.489
------------	-----------	--------------

