

عنوان آزمایش : (Anti Gliadin Ab(IgA
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۱۷۲۹۵
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲.۷۴۵	۶.۸۸۴	۳۳.۳۶۵	۴۰.۲۴۹	۴۷.۱۳۳	۵۴.۰۱۷	۶۰.۹۰۱	۶۷.۷۸۵	۷۴.۶۶۹

مقدار	تاریخ
۴۸.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴۳.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۲.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۵۲.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۰.۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۴۳.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 9.593	SD: 4.43	Mean: 46.175
------------	----------	--------------

