

Internal Control

Anti Phospholipid Ab ((IgG)(Screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۰	: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰	تاریخ:
کنترل داخل کیت	: کنترل	Generic assay		کیت:
	: شرکت سازنده			شرکت سازنده:
	: سری ساخت	۱/۲۱۴۰۵۰۰۳		سری ساخت:
	: تاریخ انقضاء	/۵/۲۰۲۲		تاریخ انقضاء:
	: مرجع CV مجاز	۶.۸		CV مجاز:
۴۳.۳۳۳	: حد پایین	۷۶.۶۶۷		حد بالا:

توضیحات:

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۳.۲	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	

CV : 6.393