

عنوان کنترل : con pos

Anti Phospholipid Ab
(IgG)(Screening)

عنوان آزمایش :

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۳:

سری ساخت : ۲۰۴۰۹

الیزا ریدر

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸	۴.۴۴۵	۳۶.۶۶۶	۴۱.۱۱۱	۴۵.۵۵۵	۵۰	۵۴.۴۴۵	۵۸.۸۸۹	۶۳.۳۳۴

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۰.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴

CV%: 9.503	SD: 5.048	Mean: 53.125
------------	-----------	--------------

