

con pos : عنوان کنترل :

Anti Phospholipid Ab : عنوان آزمایش :

((IgG)(Screening

شروع کنترل

سری ساخت : ۲۰۴۰۹

الایزا ریدر

: عنوان دستگاه :

۱۴۰۰/۰۱/۲۳:

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۸	۴.۴۴۵	۲۶.۶۶۶	۴۱.۱۱۱	۴۵.۵۵۵	۵۰	۵۴.۴۴۵	۵۸.۸۸۹	۶۳.۳۳۴

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۰.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶

CV%: 8.965	SD: 4.742	Mean: 52.9
------------	-----------	------------

