

عنوان کنترل : con pos

Anti Phospholipid Ab
(IgG)(Screening

عنوان آزمایش :

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

سری ساخت : AESKU

الایزا ریپر

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۴۶۹	۳,۳۶۹	۴۱,۹۶۸	۴۵,۳۳۷	۴۸,۷۰۶	۵۲,۰۷۵	۵۵,۴۴۴	۵۸,۸۱۳	۶۲,۱۸۲

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۶,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶

CV%: 8.845	SD: 4.72	Mean: 53.367
------------	----------	--------------

