

Low Frequency

تاریخ :	شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹	آزمایش ۱ :	(Anti Phospholipid Ab (IgG)(Screening
کیت :	AESKU	کنترل :	کنترل داخل کیت
شرکت سازنده :	AESKU	شرکت سازنده :	AESKU
سری ساخت :	۲۰۱۶۹	سری ساخت :	۲۰۱۶۹
تاریخ انقضاء :	۳۰/۰۵/۲۰۲۲	تاریخ انقضاء :	۳۰/۰۵/۲۰۲۲
CV مجاز :	۵.۸	مرجع CV مجاز :	بروشور
حد بالا :	۶۳.۳۳۳	حد پایین :	۳۶.۶۶۷

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۵	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۰.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۶	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۲.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۸.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۸.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۷.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۱.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۲.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۱۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۲.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۸.۰	OK	

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۰	OK	

CV : 5.44