

Internal Control

Anti Phospholipid Ab ((IgM)(screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۰ بهمن ۶	چهارشنبه	تاریخ:
کنترل داخل کیت	: کنترل	Generic assay		کیت:
	: شرکت سازنده			شرکت سازنده:
	: سری ساخت	۱/۲۱۴۰۵۰۰۳		سری ساخت:
	: تاریخ انقضاء	۵/۲۰۲۲		تاریخ انقضاء:
	: مرجع CV مجاز	۱۲.۷		CV مجاز:
۴۳.۳۳۳	: حد پایین	۷۶.۶۶۷		حد بالا:

توضیحات:

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۳.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۷.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۳.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۱۱/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	

CV : 4.871