

عنوان کنترل : CON Pos

عنوان آزمایش : Anti Phospholipid Ab ((IgM)(screening

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰:

سری ساخت : ۲۱۲۵۰

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸	۶.۶۶۷	۲۹.۹۹۹	۳۶.۶۶۶	۴۳.۳۳۳	۵۰	۵۶.۶۶۷	۶۳.۳۳۴	۷۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶

CV%: 8.445	SD: 4.526	Mean: 53.6
------------	-----------	------------

