

عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

سری ساخت : ۶۸۴۴۵۶،۱

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :
Anti Thyroglobulin Ab
e411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۴۶۲	۴,۰۹۹	۵۱,۱۳۶	۵۵,۲۳۵	۵۹,۳۳۴	۶۳,۴۳۳	۶۷,۵۳۲	۷۱,۶۳۱	۷۵,۷۳

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۵۵,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۵۷,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۶۷,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۶۷,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 7.066	SD: 4.385	Mean: 62.062
------------	-----------	--------------

