

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgA
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل : سری ساخت : ۲/۱۳۹۱
کنترل داخل کیت مثبت : شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۴.۸۴۹	۶.۹۲۷	۲۵.۸۷۱	۳۲.۷۹۸	۳۹.۷۲۵	۴۶.۶۵۳	۵۳.۵۷۹	۶۰.۵۰۶	۶۷.۴۳۳

مقدار	تاریخ
۴۲.۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۴۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۷.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۴۴.۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳۵.۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۵۱.۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۴۷.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۷.۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۴۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۳.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 13.59	SD: 5.678	Mean: 41.782
------------	-----------	--------------

