

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت مثبت

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgA

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷:

سری ساخت : ۲۰۲۳۹

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۳۸۹	۵.۲۵۵	۳۴.۸۱۴	۴۰.۰۶۹	۴۵.۳۳۴	۵۰.۵۷۹	۵۵.۸۳۴	۶۱.۰۸۹	۶۶.۳۴۴

مقدار	تاریخ
۵۶.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۲.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۵۵.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۵۰.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴۷.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۶۰.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۵۰.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۵۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۴۹.۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹

CV%: 8.007	SD: 4.195	Mean: 52.4
------------	-----------	------------

