

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgA  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سری ساخت : ۱۸۲۸۰  
عنوان کنترل :  
کنترل داخل کیت مثبت  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۵.۳۳۹	۹.۲۱۳	۳۲.۴۲۱	۴۱.۶۳۴	۵۰.۸۴۷	۶۰.۰۶	۶۹.۲۷۳	۷۸.۴۸۶	۸۷.۶۹۹

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۵۹.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵

مقدار	تاریخ
۷۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۵۹.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 10.849	SD: 7.087	Mean: 65.325
-------------	-----------	--------------

