

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
مثبت

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgA

شروع کنترل : ۲۰۲۳۹
سری ساخت : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷:

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۲	۴.۴۴۵	۳۶.۶۶۶	۴۱.۱۱۱	۵۰	۵۴.۴۴۵	۵۸.۸۸۹	۶۳.۳۳۳

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۴۹.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

مقدار	تاریخ
۴۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۴۷.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۵۳.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۴۳.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳

مقدار	تاریخ
۵۲.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۵۵.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۵۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۵۳.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵

CV%: 9.5	SD: 4.723	Mean: 49.72
----------	-----------	-------------

