

عنوان کنترل : کنترل مثبت  
شروع کنترل :  
۱۳۹۸/۰۱/۱۸:

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgG  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۱۸۰۴۰

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۵۸۸	۴.۰۴۵	۴۹.۲۷۵	۵۳.۳۳	۵۷.۳۶۵	۶۱.۴۱	۶۵.۴۵۵	۶۹.۵	۷۳.۵۴۵

مقدار	تاریخ
۶۱.۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۵۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۶۶.۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۵۶.۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۹.۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۳
۵۸.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۶۲.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۶۳.۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۶۰.۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۶۰.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۵.۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۶۱.۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۸.۶	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰

CV%: 7.058	SD: 4.309	Mean: 61.056
------------	-----------	--------------

